



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

L.dz./WW/2141/48/...../21

Katowice / 14.07.2021 r.

**Do Wszystkich Wykonawców Konkursu
Ofert Na Dostawy Wyrobów Medycznych
Niejałowych**

Dyrektor

mgr inż.
Marian Kreis

ul. Medyków 16
40-752 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 207 15 00
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl

Administratorem
danych osobowych zawartych
w korespondencji jest GCZD.
Pełna informacja
o przetwarzaniu danych
osobowych znajduje się na naszej
stronie internetowej.

CERTYFIKATY
JAKOŚCI:



Czysty Szpital



Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach przy ulicy Medyków 16,
informuje wszystkich wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania.
Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 5 poz. 1

Pozycja 1-prosimy o dopuszczenie dt. 2,4m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 26

Czy chodzi o mankiety ze złączem luer slip (bolec).

Odpowiedź:

Mankiety mają być kompatybilne z konektorami jak na załączonym poniżej obrazie:



Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 26

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów 1 do 5: 3-5.5cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, 9-14.5cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 42

Prosimy o dopuszczenie elektrody owalnej o wymiarach 23x30 mm lub 20x15 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 20x15mm.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 42

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 50 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 42

Prosimy o dopuszczenie elektrody na podłożu z włókny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 13

Czy zamawiający dopuszcza zamienniki w technologii MASIMO

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR

Marian Kreis

KIEROWNIK APTEKI

mgr Justyna Rozek-Kostórkiewicz